Republiková únia zamestnávateľov, Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 5
tel.: +421-2-3301 4280, ruz@ruzsr.sk, www.zamestnavatelia.sk

STANOVISKO REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV

Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na materiálno-technické vybavenie vybraných druhov ústavných zdravotníckych zariadení

https://www.slov-lex.sk/elegislativa/legislativne-procesy/SK/LP/2026/442

Materiál v pripomienkovom konaní do 11.09.2026

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ

Materiál predkladá do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.

Cieľom a obsahom materiálu je najmä:
Cieľom návrhu je zosúladiť požiadavky s aktuálnymi medicínskymi poznatkami, technologickým pokrokom a potrebami súčasnej praxe.
Zároveň dochádza k oddeleniu ústavnej zdravotnej starostlivosti od ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Materiálno-technické vybavenie vybraných druhov ambulantných zdravotníckych zariadení je ustanovené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 236/2025 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie vybraných druhov ambulantných zdravotníckych zariadení. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie vybraných druhov ústavných zdravotníckych zariadení sú uvedené v prílohe č. 1b zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín nadobudnutia účinnosti vyhlášky je 1. januára 2027.

Postoj RÚZ k materiálu

Cieľom predkladaného návrhu je potreba aktualizácie materiálno-technického vybavenia vybraných druhov ústavných zdravotníckych zariadení na základe poznatkov z praxe, a teda zosúladenie požiadaviek s aktuálnymi medicínskymi poznatkami, technologickým pokrokom a potrebami súčasnej praxe. RÚZ k návrhu predkladá nižšie uvedené pripomienky.

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu

1. Zásadná pripomienka k ust. § 1 ods. 2

Ustanovenie § 1 ods. 2 navrhujeme upraviť tak, aby bolo z textu jednoznačne zrejmé, že sa táto vyhláška nevzťahuje na všetky prírodné liečebné kúpele (PLK) a kúpeľné liečebne (KL), nakoľko máme za to, že pôvodne navrhované znenie evokuje nejednoznačnosť a dá sa interpretovať tak, že sa nevzťahuje len na prírodné liečebné kúpele a liečebne v pôsobnosti vymenovaných rezortov (ministerstiev), čo by bolo pre ostatné kúpeľné zariadenia značne diskriminujúce.

Odôvodnenie:
Minimálne materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je osobitne upravené platnou vyhláškou MZ SR č. 101/2006 Z. z., podľa ktorej sa všetky PLK a KL spravujú a riadia.

2. Zásadná pripomienka k II. časti Prílohy k vyhláške, oddiel 1 - 2. URGENTNÝ PRÍJEM 2. TYPU PRE DOSPELÝCH, ods. 4. písm. b), bod 7

Navrhujeme upraviť pôvodné znenie návrhu nasledovne:
„POCT prístroj na stanovenie základných biochemických, hematologických a acidobázických parametrov - ionogram, laktát, pH, CRP, vyšetrenie parametrov pre stavy kvintetu prvej hodiny (kritické biochemické parametre) najmä: Troponín-

I, NT-proBNP, d-dimér, ak nie je dostupné vyšetrenie v laboratóriu v rámci ústavného zariadenia do 30 minút od doručenia biologického materiálu do laboratória."

Odôvodnenie:
POCT – definícia: POCT prístroj – analyzátor pri lôžku pacienta point of care testing, v laboratóriu nie je možné mať POCT prístroj vyplývajúc z pôvodného textu.

3. Zásadná pripomienka k II. časti Prílohy k vyhláške, oddiel 1 - 4. URGENTNÝ PRÍJEM 2. TYPU PRE DETI A DORAST, ods. 6, písm. f)

Navrhujeme upraviť pôvodné znenie návrhu nasledovne:
„POCT prístroj na stanovenie základných biochemických, hematologických a acidobázických parametrov - ionogram, laktát, pH, CRP, vyšetrenie parametrov pre stavy kvintetu prvej hodiny (kritické biochemické parametre) najmä: Troponín-I, NT-proBNP, d-dimér, vyšetrenie 3-OH butyrátu z kapilárnej krvi, ak nie je dostupné vyšetrenie v laboratóriu v rámci ústavného zariadenia do 30 min od doručenia biologického materiálu do laboratória."

Odôvodnenie:
POCT – definícia: POCT prístroj – analyzátor pri lôžku pacienta point of care testing, v laboratóriu nie je možné mať POCT prístroj vyplývajúc z pôvodného textu.

4. Zásadná pripomienka k II. časti Prílohy k vyhláške, oddiel 1 - 23. ODDELENIE PRE IZOLÁCIU A LIEČBU VYSOKO NEBEZPEČNÝCH NÁKAZ PRI INFEKTOLOGICKOM PRACOVISKU, ods. 2, písm. g), bod 12

Navrhujeme upraviť pôvodné znenie návrhu nasledovne:
„analyzátory na rýchlu diagnostiku základných biochemických, hematologických a mikrobiologických parametrov v súvislosti s VNN, v rámci ústavného zariadenia"

5. Zásadná pripomienka k II. časti Prílohy k vyhláške, oddiel 1 - 23. ODDELENIE PRE IZOLÁCIU A LIEČBU VYSOKO NEBEZPEČNÝCH NÁKAZ PRI INFEKTOLOGICKOM PRACOVISKU, ods. 3, písm. a)

Navrhujeme upraviť pôvodné znenie návrhu nasledovne:
„POCT prístroj na stanovenie rutinnej biochémie: glukóza, urea, kreatinín, celkový bilirubín, ALT, AST, ALP, GMT, celkový proteín, albumín, amyláza, CRP, Elektrolyty: Na^+, K^+, Cl, Koagulácia: PT/INR a/alebo APTT, Krvné plyny: pH, pO_2, pCO, Počet erytrocytov (RBC), Hemoglobín (HGB), Hematokrit (HCT) Počet leukocytov (WBC), Diferenciálna leukocytová formula – minimálne 3-zložková (lymfocyty, monocyty, granulocyty), Počet trombocytov (PLT), ak nie je dostupné vyšetrenie v laboratóriu v rámci ústavného zariadenia do 30 minút od doručenia biologického materiálu do laboratória."

6. Zásadná pripomienka k II. časti Prílohy k vyhláške, oddiel 1 - 24. ODDELENIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE, ods. 3, bod 5

Navrhujeme upraviť pôvodné znenie návrhu nasledovne:
„POCT krvných plynov, ak nie je dostupné vyšetrenie v laboratóriu v rámci ústavného zariadenia do 15 minút od doručenia biologického materiálu do laboratóriá,"

7. Zásadná pripomienka k II. časti Prílohy k vyhláške, oddiel 1 - 24. ODDELENIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE, ods. 4, bod 27

Navrhujeme upraviť pôvodné znenie návrhu nasledovne:
„POCT prístroj na analýzu krvných plynov, ak nie je dostupné vyšetrenie krvných plynov v laboratóriu v rámci ústavného zariadenia do 15 minút od doručenia biologického materiálu do laboratóriá,"

8. Zásadná pripomienka k II. časti Prílohy k vyhláške, oddiel 1 – 36.1 ODDELENIE PEDIATRICKEJ NEUROLÓGIE, ods. 5, písm. b), bod 9

Navrhujeme upraviť pôvodné znenie návrhu nasledovne:
„POCT prístroj....., ak nie je dostupné vyšetrenie v laboratóriu v rámci ústavného zariadenia do 30 minút od doručenia biologického materiálu do laboratória,"

Odôvodnenie:
Je potrebná špecifikácia prístroja POCT.

Zdroj:

https://www.slov-lex.sk/elegislativa/legislativne-procesy/SK/LP/2026/442