

## STANOVISKO REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV

Vyhľadávka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradiách a metrologickej kontrole

<https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/160>

Materiál v pripomienkovom konaní do 21.04.2022

### Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ

Materiál bol predložený do medzirezortného pripomienkového Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 59 písm. b) až l) n) a o) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

#### Cieľom a obsahom materiálu je najmä:

Návrhom vyhlášky sa má dosiahnuť zosúladenie návrhu vyhlášky so zákonom o metrológii, zosúladenie technických a metrologických požiadaviek jednotlivých druhov určených meradiel s požiadavkami, ktoré budú odrážať aktuálny stav ako aj zmeny, ktoré si vyžaduje aplikačná prax a zavedenie štatistickej kontroly určených meradiel. Návrh vyhlášky a jednotlivé prílohy k návrhu vyhlášky sú upravené tak, že z technického a metrologického hľadiska zodpovedajú súčasnému stavu a vedeckému pokroku v tejto oblasti a sú upravené technické požiadavky a metrologické požiadavky na druh určeného meradla, metódy technických skúšok, postupy pri schvaľovaní typu určeného meradla a postupy pri overení určeného meradla.

Návrh vyhlášky nadobúda účinnosť 01.09.2022

### Postoj RÚZ k materiálu

Návrhom vyhlášky sa má dosiahnuť zosúladenie návrhu vyhlášky so zákonom o metrológii, zosúladenie technických a metrologických požiadaviek jednotlivých druhov určených meradiel s požiadavkami, ktoré budú odrážať aktuálny stav ako aj zmeny, ktoré si vyžaduje aplikačná prax a zavedenie štatistickej kontroly určených meradiel. RÚZ predkladá k návrhu nižšie uvedené zásadné pripomienky.

### Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu

#### 1. Zásadná pripomienka k prílohe č. 1, časti A, bodu 2 (mechanické veličiny), položke 2.1.8

Znenie položky 2.1.8 navrhujeme nahradiť nasledovným znením: „Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu a na meranie nápravového zaťaženia triedy presnosti 0,2; 0,5; 1; 2; 5 a 10 pre hmotnosť vozidla a triedy presnosti A, B, C, D, E a F pre zaťaženie jednotlivéj nápravy a pre zaťaženie skupiny náprav“.

#### Odôvodnenie:

Ide o zosúladenie s prílohou č. 31, bodom 4.1.4, tabuľkou č. 1. v nadväznosti na doplnenie tried presnosti, nakoľko triedy presnosti 5, 10, E a F v položke 2.1.8 absentujú.

#### 2. Zásadná pripomienka k prílohe č. 26, vloženie nového bodu

Navrhujeme doplniť návrh vyhlášky o definovanie hodnoty najväčšej dovolenej chyby pri štatistickej skúške. Navrhujeme v čl. I návrhu vyhlášky doplniť nový novelizačný bod, ktorý bude obsahovať návrh doplnenia Prílohy č. 26 Vyhľadávky o nový bod 1.13 s nasledovným znením:

„Pri štatistickej výberovej skúške vykonanej podľa bodu 1.10. alebo 1.11 sa použije hodnota najväčšej dovolenej chyby uvedená v príslušných harmonizovaných technických normách alebo normatívnych dokumentoch uvedená ako hodnota viazaná na pojmy „následne“ alebo „v prevádzke“.

Odôvodnenie:

V súvislosti so zavedením možnosti štatistickej kontroly určených meradiel máme za to, že je potrebné jednoznačne definovať hodnotu najväčšej dovolenej chyby merania pri výsledkoch štatistickej skúšky. Plynometry budú k štatistickej skúške predložené v takom stave, v akom boli inštalované v prevádzke, bez akéhokoľvek zásahu.

V zmysle bodu 1.10 Prílohy č. 26 sa vykoná štatistická skúška v rozsahu skúšky pri následnom overení meradla podľa § 27 ods. 6 Zákona o metrologii. Predmetné ustanovenie zákona sa odvoláva na Nariadenie vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu, pričom v zmysle prílohy č. 4 tohto nariadenia, ktorá sa vzťahuje na plynometry, je najväčšia dovolená chyba stanovená pre  $Q_t$  a  $Q_{max}$  s hodnotou  $\pm 1,5\%$ . Avšak, predmetná príloha neupravuje najväčšiu dovolenú chybu pri následnom overení určeného meradla. Najväčšia dovolená chyba pri následnom overení je stanovená len v harmonizovanej technickej normalizácii alebo v normatívnom dokumente OIML.

Zároveň, v prípade starších plynomerov, ktoré boli uvedené na trh alebo do používania podľa národného schválenia typu a národného prvotného overenia, môže byť formulácia uvedená v bode 1.11. Prílohy č. 26 vyhlášky, vnímaná ako hodnota pri overení pre  $0,1Q_{max}$  a  $Q_{max}$ , ktorá je  $\pm 2\%$ .

Vzhľadom na vyššie uvedené preto navrhujeme doplniť Prílohu č. 26 o nový navrhovaný bod tak, aby bolo z uvedeného jednoznačne zrejmé, že v prípade štatistickej výberovej skúšky (vykonanej podľa bodu 1.10 a 1.11) ide o hodnotu najväčšej dovolenej chyby pre body pri následnom overení uvedenej v harmonizovaných technickej norme STN EN 1359 alebo OIML G20 alebo uvedenu v tabuľke č. 5 tejto prílohy na pojem „v prevádzke“, ktorá je definovaná v stanovených bodoch  $0,1Q_{max}$  a  $Q_{max}$  s hodnotou  $\pm 3\%$ .

### **3. Zásadná pripomienka k prílohe č. 31, bodu 5 (Nápisy a označenia), písm. n), prvému bodu**

Znenie prvého bodu písm. n) navrhujeme nahradiť nasledovným znením: „trieda presnosti 0,2; 0,5; 1; 2; 5 alebo 10“

Odôvodnenie:

Ide o zosúladenie s prílohou č. 31, bodom 4.1.4, tabuľkou č. 1. v nadväznosti na doplnenie tried presnosti, nakoľko triedy presnosti 5, 10 v písm. n) absentujú.

### **4. Zásadná pripomienka k prílohe č. 31, bodu 7 (Metódy technických skúšok pri schvaľovaní typu), bodu 7.6**

Znenie bodu 7.6 navrhujeme nahradiť nasledovným znením: „Špecifikácie a rozsah všetkých technických skúšok, ktoré sa vykonávajú pri schvaľovaní typu sú určené medzinárodným odporúčaním OIML R 134-1; Časť 1: Metrologické a technické požiadavky – skúšky.“.

Odôvodnenie:

Ide o zosúladenie s medzinárodnými odporúčaniami v nadväznosti na doplnenia uvedené v zásadnej pripomienke k prílohe č. 1, časti A, bodu 2 (mechanické veličiny), položke 2.1.8 a zásadnej pripomienke k prílohe č. 31, bodu 5 (Nápisy a označenia), písm. n), prvému bodu.

### **Zdroj:**

<https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/160>